

仕 様 書

- 1 契約件名 医用画像観察用装置の賃貸借契約
- 2 契約期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで 5年間（60月）
地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約
- 3 基本機能 次の条件を満たすもの

I. 構 成

導入計画物品及び数量

(1) 品名及び数量

医用画像観察用装置 1式

(2) 内 訳

導入計画品の内訳は以下の通りとする。

- ① 画像ビューワ端末（ハードウェア）
- ② 画像ファイリングシステム（ソフトウェア）

なお、画像ファイリングシステムは、株式会社エクセルクリエイツ（FORZ View）と同等品以上

- ③ 導入設定作業

(3) その他、保守体制に関すること。

II. 仕 様

(1) 画像ビューワ端末

- 1-1 読影患者一覧表示用カラー液晶モニター1面1式を有すること。
- 1-2 カラー3M高精細モニター（株）ナナオ製、RadiForce RX370 スペック以上（21.3型）1面1式を有すること。
- 1-3 端末のOSはWindows11-Professional 以上であること。
- 1-4 端末のCPUはCore(TM) i7-3.0GHz 以上であること。
- 1-5 端末のメモリーは16GB以上を有すること。
- 1-6 機器の接続に必要な機材及びライセンスを全て含むこと。

(2) 画像ファイリングシステム

- 2-1 全ての端末に画像参照ソフトウェアを有すること。
- 2-2 画像観察装置よりDVD画像保存が可能であること。
- 2-3 取り込んだDICOM画像を後から受診者の属性情報の追加・変更が確実にできること。
- 2-4 複数のモダリティ画像を表示できる機能を有すること。
- 2-5 複数のモダリティ（CT・DR・MGその他）画像を表示できる機能及び拡張性があること。
- 2-6 画像ビューワではDICOM画像以外に、JPEG・BMP形式等の画像も表示でき

ること。

- 2-7 同一部位過去画像表示が可能であること。
- 2-8 心胸比がズームに表示可能であること。又計測内容が保存可能であること。
- 2-9 部分拡大表示が可能であること。
- 2-10 移動、拡大を行わずピンポイントで拡大表示が可能であること。
- 2-11 読影後の読影患者リストの出力が可能であること。
- 2-12 レポート機能を有すること。

(3) その他及び保守体制に関すること。

- 3-1 キヤスター付パソコンラックを有すること。
- 3-2 オンコールでの翌日出張保守管理ができること。
- 3-3 納入期より1年間は故障、保守の対応を無償でおこなうこと。
- 3-4 製品寿命は5年以上であること。

4 設 置

- (1) 設置台数 1 式
- (2) 設置場所 宮崎市霧島1-1-2 中央保健所 1 式

5 納入条件

- (1) 新品に限る。(工場から出荷された状態で納品の上取り付けること。) 搬入、据付、調整及び動作確認を行うこと。
- (2) 本仕様書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、担当者に報告の上、受注者の責任において実施すること。
- (3) 令和8年6月30日(火)までに納入すること。

6 保守業務の内容

設置した医用画像観察用装置を常に良好な状態に保つため、この機器に精通した保守要員により、常時適切に保守できる体制を整えるとともに、次の作業を実施すること。

- ① 故障時における修理
- ② 部品等の交換

7 その他見積条件

- (1) 入札書は、消費税抜きの金額で作成すること。また、品名には、導入する機種・形式名を記載すること。
- (2) 入札金額は、賃貸借料と保守料の総額(60月分)の合計を記載すること。
- (3) 入札にあたっては、上記入札金額を比較し、最も低い価格で入札した者を落札者とする。ただし、予算の範囲内を前提とする。
- (4) 本仕様書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、担当者に報告の上、受注者の責任において実施すること。
- (5) 本仕様書に記載事項に疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。