

# 仕 様 書

- 1 電子天秤（参考機種：メトラートレド製 XSR304V と同等以上） 1 台
  - ①最大秤量は320 g以上であること。
  - ②最小表示は0.1 mg であること。
  - ③校正は校正分銅内蔵による全自動化であること。
  - ④操作パネルは液晶カラータッチスクリーンで温度データ等が確認できること。
  - ⑤表示言語は日本語であること。
  - ⑥パソコンとの接続が可能であること。
  
- 2 付属品
  - ①データ転送ソフトウェア
  - ②その他、装置の試運転に必要な機材を添付すること。
  
- 3 据付調整について
  - ①電子天秤の設置及び正常の動作確認を行うこと。
  - ②パソコンと接続し、データが正常に転送されることを確認すること。
  
- 4 試運転等について
  - ①据付後、担当者立ち会いのもとに行うこと。
  - ②取り扱い等については、詳細な説明を行うこと。
  
- 5 納入場所  
宮崎県総合農業試験場 土壌環境研究棟(2) 肥料検査室
  
- 6 納入方法  
現場持ち込み
  
- 7 保証期間及びアフターサービスについて  
保証期間は1年以上とする。  
故障や不具合等が生じた際に迅速な対応が可能であること。