

県立学校における自動体外式除細動器（AED）の賃貸借及び保守に係る一般競争入札に係る質問事項

R2.10.22

	問い	回答
質問①	仕様書6(10)に「（略）心肺蘇生の手順をイラストでサポートする液晶画面が内蔵されていること。」とあるが、AED本体自体に心肺蘇生法がイラストで分かりやすく表記されていれば問題ないか。	装置本体又は装置本体に付属する専用キャリングケースに、イラストで心肺蘇生の手順「全て」が分かりやすく表記されていれば問題ありません。ただし、別冊のマニュアル等の場合は、要件を満たさないものとします。
質問②	仕様書6(12)に「電極パッド装着後、電気ショックが不要となった場合の自動キャンセル機能を有していること。」とあるが、体動（身体の揺れ等）などのノイズでも自動キャンセルされる場合があるため、自動キャンセル機能については、一長一短ある。こちらの機能は、必須機能となるか。	教員や一般の方などが、AEDを利用することを想定しているため、電極パッド装着後においても、電気ショックが不要な場合に自動でキャンセルする機能は必須であると考えています。